



Prüfprotokoll 2024009

Anschlusskalibrierung einer Stoppuhr

Kunde: LMT – Leschke Meßtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)

Kalibriergrund: Wartung: [X] Reparatur: []

Eichnormal: Atomuhr an der physikalisch technischen Bundesanstalt in Braunschweig

Prüfling: Stoppuhr: Hanhard
Typ: Prisma 400
SN: 009
Abweichung der Ganggenauigkeit laut Herstellerangabe: 7 Sek./Monat

Versuchsaufbau und Durchführung:

Der Zugang zur Referenzuhr erfolgte über das Internet (www.atomzeit.eu). Die genaue Uhrzeit der Atomuhr der PTB wird hier in Echtzeit dargestellt. Der Prüfling wird neben dem PC aufgestellt. Beide Uhren werden synchron gestartet und über einen Zeitraum von 60 Sekunden, 60 Minuten, 2 Stunden und 4 Stunden miteinander verglichen. Die Atomuhr der PTB wird im Internet im Takt von 30 Sekunden an die Atomzeit angeglichen.

Ziel der Prüfung:

Es ist nachzuweisen, wie hoch der Fehler der von LMT eingesetzten Stoppuhr gegenüber der Referenzuhr der PTB ist.

Messergebnisse:

Table with 5 columns: Prüfungsdauer, Referenzuhr in s, Prüfling in s, Abweichung in s, Fehler in %. Rows include 60 s, 60 min, 2 h, 4 h durations and their respective measurements and errors.

Prüfungsergebnis erfüllt: ja [X] nein []

Die von LMT eingesetzte Stoppuhr entspricht den Anforderungen.

Die Rekalibrierung sollte, entsprechend der Vorgabe des Herstellers, spätestens nach 12 Monaten erfolgen.

empfohlene Rekalibrierung: 01/2025
Datum der Kalibrierung: 02.01.2024

LMT Leschke Meßtechnik GmbH
Fritz-Lindemann-Ring 10
15234 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 / 68 57 161 Fax: 0335 / 68 57 162
Email: info@lmt-online.eu

Kalibrierung durchgeführt von S. Konsolke

S:\LMT Bürodateien\Service\LMT Geräte\2024\Stoppuhr 009.doc