



Kalibrierzertifikat 2024053

Wartung und Justierung eines Drucksensors

Kunde: LMT - Leschke Meßtechnik GmbH Fritz-Lindemann-Ring 10 15234 Frankfurt (Oder)

Kalibriergrund: Wartung: [X] Reparatur: []

Messgerätedaten: Hersteller: Testo GmbH Typ: testo 480 Inventar Nr.: 053 Serien Nr.: 02618770

Prüfgeräte und Prüfmittel:

Table with 6 columns: Messtechnik, Typ, Seriennummer, letzte Kalibrierung, Zertifikat Nummer, nächste Kalibrierung. Row 1: Druckkalibrator, Pneumator 1hPa, 01322411, 04/2024, EP-WK 13786, 04/2025

QS Verweis: Die LMT-Leschke Messtechnik GmbH arbeitet nach dem Qualitätsmanagement System ISO 9001. Einsicht in das QM-Handbuch und die Verfahrensanweisungen kann einem Inspektor auf Wunsch gewährt werden.

Rückführbarkeit: Die Zertifikate zu den bei uns eingesetzten Prüfgeräten, Prüfmitteln und Partikelstandards finden Sie als Download auf www.leschke-messtechnik.de.

ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten:

- 1. Allgemeine Gerätekontrolle [X] 2. Kontrolle der Anschlussfittings [X] 3. Nullpunkt Kontrolle [X] 4. Dichtigkeitsprüfung [X] 5. Genauigkeit der Druckanzeige geprüft [X]

Sensordaten:

Messbereich: -2500...+2500 Pa ± 0,3 Pa + 1 % v. Mw.

Prüfergebnis Messbereich 0...100 Pa:

Table with 4 columns: Sollwert Vorgabe (Pa), Messwert Referenzgerät (Pa), Messwert Prüfling (Pa), Abweichung (Pa). Rows from 0 to 100 Pa.

Prüfergebnis Messbereich -100...0 Pa:

Table with 4 columns: Sollwert Vorgabe (Pa), Messwert Referenzgerät (Pa), Messwert Prüfling (Pa), Abweichung (Pa). Rows from -100 to 0 Pa.

Prüfungsergebnis / Technische Spezifikation erfüllt: ja [X] nein []

empfohlene Rekalibrierung: 04/2025 Datum der Kalibrierung: 17.04.2024

LMT Leschke Meßtechnik GmbH Fritz-Lindemann-Ring 10 15234 Frankfurt (Oder) Tel.: 0335 / 68 57 161 Fax: 0335 / 62 57 162 Email: info@lmt-online.eu

Kalibrierung durchgeführt von S. Konsolke

S:\LMT Bürodteien\Service\LMT Geräte\2024\testo 480 Druck 02618770.doc